



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE
„Dr Milan Jovanović-Batut”
Dr Subotića 5, 11000 Beograd, Srbija
<http://www.batut.org.rs>

Telefon centrala: 011-2684-566

Faks: 011-2685-735

Elektronska pošta: info@batut.org.rs

Broj računa: 840-624661-88

Matični broj: 07036027

PIB: 102000930

U skladu sa čl.63 stav 2. Zakona o javnim nabavkama, na pitanja ponuđača vezano za pojašnjenje konkursne dokumentacije, Komisija za javnu nabavku medicinskih uređaja (opreme) u otvorenom postupku JN 2/14, dala je sledeće odgovore:

14 MAY 2014

lot. 20635/1

1) PARTIJA 2 – Sistem za dokumentaciju gelova

Pitanje 1:

U tehničkoj dokumentaciji za Partiju 2 zahtevno je „Maksimalna veličina uzoraka 28x36cm“. Da li prihvatate maksimalnu veličinu uzoraka 26x34cm i površinu pregleda 23x23?

Odgovor:

Tražena je maksimalna veličina uzorka 28x36cm i pregledom polja za standardno UV ekscitiran gel od 25x26cm.

Nama je u laboratoriji za potrebe dokumentacije gelova, u odnosu na veličine gelova koje dobijamo u postojećim elektroforetskim kadama, neophodno da površina pregleda za standardno UV ekscitiran gel bude najmanje 25x26cm.

Maksimalan pregled koji je pomenut sa vaše strane od 23x23cm nije prihvatljiv.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

JN 2/14

Dr Dragana Jovanović, predsednik

