



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 011-2685-735
Матични број: 07036027

Електронска пошта: info@batut.org.rs
ПИБ: 102000930

05 MAR 2015

бр. 1546/3

У складу са чланом 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, на питање понуђача достављено дана 4.3.2015. године, везано за појашњење конкурсне документације, Комисија за јавну набавку лабораторијских хемикалија, стандарда и киселина, у отвореном поступку, на годишњем нивоу, ЈН 12/14, дала је следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1:

Партија 1 ставка 16 Петрол етар 30-50°C GC чистоћа

Пошто ниједан произвођач у свом производном програму нема Петрол етар тачке кључања 30-50°C за гаснохроматографске анализе, молимо вас да још једном размотрите могућност да се понуди Петрол етар 30-60°C GC чистоћа или Петрол етар 30-50°C у р.а. квалитету? Уколико ово није могуће молимо вас да нам наведете произвођача и каталoшки број растварача који сте до сада користили.

ОДГОВОР 1:

Наручилац не може да прихвати Петрол етар 30-60°C GC чистоћа или Петрол етар 30-50°C у р.а. квалитету.

Тренутно користимо Петрол етар тачке кључања 30-50°C *Sigma Aldrich* - puriss р.а. каталoшки број 32246.

ПИТАЊЕ 2:

Партија 3 ставка 28 Етанол ра чистоћа

Да ли треба понудити 96% или апсолутни?

ОДГОВОР 2:

У питању је ставка 29, а потребно је понудити 96% Етанол.

ПИТАЊЕ 3:

Партија 3 ставка 32 Бутанол

Да ли треба понудити 1-бутанол, 2-бутанол или изобутанол?

ОДГОВОР 3:

Треба понудити 1-бутанол.

ПИТАЊЕ 4:

Партија 4 ставка 4 Бакар сулфат

Да ли треба понудити пентахидрат или анхидровани?

ОДГОВОР 4:

Прихватљиво је понудити бакар сулфат пентахидрат.

ПИТАЊЕ 5:

Партија 4 ставка 12 Калијум хексацијаноферат

Да ли треба понудити Калијум хексацијаноферат II или III?

ОДГОВОР 5:

Треба понудити Калијум хексацијаноферат II.

ПИТАЊЕ 6:

Партија 4 ставка 18 Натријум ацетат

Да ли треба понудити трихидрат или анхидровани?

ОДГОВОР 6:

Треба понудити анхидровани натријум ацетат.

ПИТАЊЕ 7:

Партија 4 ставка 21 Натријум карбонат

Да ли треба понудити декахидрат или анхидровани?

ОДГОВОР 7:

Треба понудити анхидровани натријум карбонат.

ПИТАЊЕ 8:

Партија 4 ставка 23 Натријум тиосулфат

Да ли треба понудити пентахидрат или анхидровани?

ОДГОВОР 8:

Прихватљиво је понудити пентахидрат натријум тиосулфат.

ПИТАЊЕ 9:

Партија 4 ставка 25 Бакар хлорид

Да ли треба понудити дихидрат или анхидровани?

ОДГОВОР 9:

Треба понудити анхидровани бакар хлорид.

ПИТАЊЕ 10:

Партија 4 ставка 26 Натријум тетраборат

Да ли треба понудити декахидрат или анхидровани?

ОДГОВОР 10:

Прихватљиво је понудити Натријум тетраборат декахидрат.

Дати одговори на питања понуђача су саставни део Измењене конкурсне документације број 2 објављене дана **27.2.2015.** године на Порталу јавних набавки.

Дана 5.3.2015. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 12/14



Татјана Недељковић, председник