



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 2684-566

Факс: 2685-735

Електронска пошта: info@batut.org.rs

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

У складу са чланом 63. ст.2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана **16. и 17.3.2015.године**, везано за појашњење конкурсне документације, Комисија за јавну набавку лабораторијског стакла на годишњем нивоу, ЈНМВ ЗД/2015, дала је следеће одговоре:

67.1935/1
17 MAR 2015

ПИТАЊЕ 1:

Молимо вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима ваше тендерске документације за набавку број ЗД/2015, одговорите на следеће питање:
Обзиром да се за ставке из Партија 5. и 6. тиквице 1000, 2000 и 10000мл захтева достављање узорка које већина понуђача нема на лагеру, дали је одговарајуће доставити прецизну спецификацију понуђених ставки са свима назначеним димензијама тиквица, релев антног произвођача „Schott Duran“ које се нуде уместо тражених узорка?

ОДГОВОР 1:

Да, прихватљиво је поред произвођачке спецификације произвођача доставити и све од документације произвођача чиме се доказује да је понуђени производ у складу са траженим техничким спецификацијама.
Наручилац и није поставио као услов прихватљивости понуде достављање узорка за Партију 5. и 6. и дао је напомену да ће узроци за наведене партије бити враћени понуђачима након стручне оцене понуда, али задржава право да уколико из достављене документације о производу не може оценити понуду затражи узрок на увид.

ПИТАЊЕ 2:

Молимо вас да нам дате опширнији опис за Партију 3 – ставке 1,2 и 4 – за ерленмајер боце од 250мл, 300мл и 1000мл, које грло је у питању (широко, уско?).

ОДГОВОР 2:

У питању је широко грло. Дакле, за ставке 1, 2 и 4 из Партије 3 понудити ерленмајер боце са широким грлом.

Дана 17.3.2015.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗД/2015

Светлана Ђурђевић Нешковић, председник



HM