



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 2684-566

Факс: 2685-735

Електронска пошта: info@batut.org.rs

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

Бр. 1935/1
18 MAR 2015

У складу са чланом 63. ст.2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана **18.3.2015.године**, везано за појашњење конкурсне документације, Комисија за јавну набавку Лабораторијског стакла, на годишњем нивоу, ЈНМВ ЗД/2015, дала је следеће одговоре:

ПИТАЊЕ 1:

Уколико подносимо понуде за више партија, да ли свака партија мора бити у одвојеним ковертама?

ОДГОВОР 1:

Понуде по партијама треба да буду поднете тако да се за сваку партију могу оцењивати посебно. Дакле да, свака партија треба да буде упакована одвојеној коверти.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је потребно доставити и извод из каталога и произвођачку декларацију, обзиром да се из каталога види све што има и на декларацији? Обзиром да је стакло у питању, нема посебних декларација, да ли је довољно скенирати етикете?

ОДГОВОР 2:

Уколико су подаци на етикети идентични подацима из каталога и довољно су информативне саджине за комисију тј. из њих може ценити да ли су понуђени производи и одговарајући тј. да ли су у складу са свим техничким карактеристикама, прихватљиво је доставити и скенирану етикету производа. Наручилац ће прихватити сваки докуменат произвођача понуђеног добра који потврђује састав, квалитет, димензије, изглед итд.

ПИТАЊЕ 3:

Партија 2, ставке 1 и 2 – да ли мислите на васто епрувете без руба?

ОДГОВОР 3:

Да, наручицу је потребна васто епрувета без руба.

ПИТАЊЕ 4:

Партија 2, ставка 3 – да ли треба неградуисане или градуисане епрувете за центрифугу?

ОДГОВОР 4:

Наручиоцу је потребна неградуисана епрувета за центрифугу.

ПИТАЊЕ 5:

Партија 4 – уобичајена диманзија стаклених чаша је 400 мл и 600 мл. Може ли се понудити од 600 мл (пречник је 9 цм)?

ОДГОВОР 5:

Наручиоцу не одговарају чаше од 600мл пречника 9цм, јер су оне високе, а уске. Једино могу да дођу у обзир од 400мл, а да им је пречник већи од 8цм. За чаше од 1 литар такође нам је јако битан пречник тј. ширина од минимално 11цм.

Дана 18.3.2015.године



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗД/2015

Славица Милекић
Славица Милекић, председник